



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000045

San Salvador, 4 de Abril de 2022

Señores

INFRA DE EL SALVADOR. S.A. DE C.V

Presente.

Solicito se entreguen los servicios que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: Almacén de Suministro Viceministerio de Transporte, Ubicado en Carretera Panamericana, Kilometro 9, Contiguo a Planta Holcim, Santa Tecla, La Libertad

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
61103	12	C/U	"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALCOTEST PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO VMT", VER DETALLE AL REVERSO	\$ 1,714.96	\$ 20,579.52
61901			<u>CREDITO FISCAL</u>  Proceso Libre Gestión No. 57/ 2022, Según cotización No. 45/2022 "SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALCOTEST PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO VMT "  VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 DIAS CALENDARIO CREDITO: 60 DIAS CALENDARIO GARANTIA: 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA A PARTIR DE LA ENTREGA Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LA CUAL DEBE DE SER ENTREGADA OCHO DIAS HABILES POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Suministro Viceministerio de Transporte, Ubicado en Carretera Panamericana, Kilometro 9, Contiguo a Planta Holcim, Santa Tecla, La Libertad CLASIFICACION DE EMPRESA: GRANDE EMPRESA  ADMINISTRADORA ORDEN DE COMPRA DRA. HEIDY LISSETTE LOPEZ DE TORRES                      Correo                      , para que ejerza la función de Administradora de la Orden de Compra, el cual tendrá las		\$ 2,675.34
TOTAL.....					\$ 23,254.86

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA es de: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 86/100 DÓLARES. Los productos/suministros detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, según e siguiente detalle: 9 Equipos en ocho (8) días hábiles y 3 Equipos en sesenta (60) días hábiles, después de recibida la orden de compra.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LÍNEA DE TRABAJO	
81	FONDO DE ACTIVIDADES ESPECISLES	03	TRANSPORTE
CIFRAS PRESUPUESTARIAS		SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2022-4300-4-81-03-22-2		UAGL-VMT-024/2022	
OBSERVACIONES:			

F. \_\_\_\_\_  
ING. SAUL ANTONIO CASTELAR CONTRERAS  
VICEMINISTRO DE TRANSPORTE



**Continuación Orden de Compra No. 45/2022**

**SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALCOTEST PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO VMT SEGÚN**

**DETALLE:**

ITEM	ESP	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Obra, Bien o servicio solicitado	Precio Unitario S/ IVA US\$	Precio Total S/IVA US\$
1	61103	12	C/U	<p><b>EQUIPO DE ALCOTEST, CON SU RESPECTIVO IMPRESOR</b> Especificaciones técnicas del equipo:  <b>Método de prueba:</b> Sensor electrónico para tecnología de 1/4" específico para alcohol.  <b>Rango de prueba:</b>  de 0 a 2,5 mg/L; que muestre indicación en la pantalla cuando se supere el rango de prueba. (Se solicita en porcentaje el resultado %)  <b>Muestreo Estándar:</b> Se requiere que el muestreo automático cuando se alcance el volumen mínimo, realice el muestreo pasivo o manual.  <b>Tiempo de activación:</b>  Aproximado 2 segundos después del encendido del resultado de la prueba  Aproximadamente 3 segundos (con 0 mg/l), 10segundos (con 0.5 mg/l, a temperatura ambiente).  <b>Temperatura de funcionamiento:</b>  de -5 a +50°C;-4 a +122 °F  <b>Pantalla:</b>  LCD con retroiluminación; 41 mm x 24 mm (128 x 64 pixeles).  <b>LED:</b>  3 colores que indiquen los mensajes o alertas.  <b>Alarmas acústicas:</b>  Con diferentes tonos de señal que indique los distintos mensajes y alertas.  <b>Memoria:</b>  Con capacidad para guardar como mínimo las ultimas 5000 pruebas realizadas con el número, fecha y hora correspondiente, que incluyan una fuente de alimentación, dos baterías AA o NIMH; la pantalla desde indicar el nivel de batería.  <b>Calibración:</b> Con gas húmedo o seco. Dimensiones aproximadas (ancho x alto x fondo), peso 147 mm x 65 mm x 39 mm, aproximados de 260g.  <b>Configuración del dispositivo:</b> Las opciones del dispositivo deben directamente a través del menú del dispositivo (se requiere PIN) no será necesario contar con software para PC adicional.  <b>Vibración e impactos:</b> Cumple los requisitos de las normas EN 60068-2-6, EN 60068-2-27 EN 60068-2-64, MIL -STD 8100F.  <b>Certificado CE:</b> Directiva 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética)  <b>Data interfaces:</b> USB APC; interfaz óptica a control de impresora Estándar que cumpla con la norma EN 15964  Tipo de protección IP 54  <b>IMPRESOR PORTATIL INFRAROJO:</b>  Compatible con el equipo de alcoholímetro, que emita ticket con los datos siguientes:  Instrumento N°  Prueba N°  Fecha:  Hora:  Contenido de Alcohol: % porcentaje.  Nombre del conductor:  firma del conductor:  Técnico que realiza la prueba:  Lugar de control:  Marca: Drager  Modelo: 6820</p>	\$ 1,714.96	\$ 20,579.52
<b>SUBTOTAL....</b>						\$ 20,579.52
<b>61901 13% IVA....</b>						\$ 2,675.34
<b>TOTAL CON IVA....</b>						\$ 23,254.86