

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261102
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 26 de Mayo del 2016	No.Orden:151/2016
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.	06140905981011
--	----------------


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Equipos Refrigerantes	-	-
2	Cada Uno	Código: 60401002 - CAMARA REFRIGERANTE - (Se requiere refrigerador de grado medico para almacenamiento de vacunas y medicamentos); Marca: BIOBASE; Modelo: BXC-V300M; Origen: China; Garantía: 12 meses de garantía por desperfectos de fábrica) (R-1)	\$2,140.00	\$4,280.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,280.00

SON: cuatro mil doscientos ochenta 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 151/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 102/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 111/2016, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 FECHA: 02 JUN 2016 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL 
 	 Suministrante 

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-90 Días Hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Coordinador de Equipo Industrial de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

RECURSOS PROPIOS

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151/2016

Código: 60401002 - CAMARA REFRIGERANTE - (Se requiere refrigerador de grado médico para almacenamiento de vacunas y medicamentos); Marca: BIOBASE; Modelo: BXC-V300M; Origen: China; Garantía: 12 meses de garantía por desperfectos de fábrica) (R-1)

ESPECIFICACIONES:

- ❖ Rango de Trabajo de 2°C a 8°C
- ❖ Display LED para monitorear la temperatura
- ❖ Control por microprocesador para precisión de control de temperatura de 0.1°C
- ❖ Sistema de refrigeración por aire forzado
- ❖ Capacidad de 300 litros
- ❖ De una puerta de vidrio para poder observar el interior de la refrigeradora sin necesidad de abrirla (Cerradura con llave)
- ❖ Cierre hermético tipo magnético
- ❖ Iluminación por lámpara fluorescente en su interior
- ❖ Descongelación automática (auto defrost)
- ❖ Condensador y evaporador de alta eficiencia hechos de cobre
- ❖ Refrigerante R-134^a ecológico libre de CFC
- ❖ Sistema de alarma audible y visual incorporado:
 1. Alta y baja temperatura
 2. Falla de sistema y sensor
 3. Puerta abierta
 4. Falla de suministro

ESPECIFICACIONES MECANICAS:

- ❖ Color Blanco
- ❖ Puerta: Marco metálico con vidrio transparente y cierre hermético con cerrojo con llave para prevenir aperturas no autorizadas
- ❖ Estructura externa e interna de acero, recubierta con pintura en polvo antibacteriana
- ❖ 4 estantes de alambre de acero
- ❖ Dimensiones externas (mm): 620 x 560 x 1970

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:

Voltaje 110V
Frecuencia: 60 Hz
Fase: 1
Consumo Aproximado: 193W
Tomacorriente polarizado



ST.MEDIC
PBX: 2530-1000
FAX: 2530-1099

SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: **02 JUN 2016**
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL