

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION Nº:20261103 |
| UACI del Hospital San Rafael | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|---|---|------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 27 de Marzo del 2017 | No.Orden:93/2017 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| EQUIPOS PARA LABORATORIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | 06142212111032 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------|------------------|--|-----------------|--------------------|
| 1 | Cada Uno | Código 60406040 - MICROTOMO MANUAL - (Micrótomo Manual; Marca: LEICA; Procedencia: China / Otros; Modelo: RM2125RTS; Garantía: 1 año contra defectos de fábrica) (R-2) | \$11,839.00 | \$11,839.00 |
| TOTAL | | | | \$11,839.00 |

SON: once mil ochocientos treinta y nueve 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 93/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 71/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 80/2017, de PATOLOGÍA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

| | |
|--|---|
|  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Firmatario o Designado</p> | <p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center;">FECHA: 29 MAR 2017</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  |
|  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Suministrante</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">EQUILAB, SÍ DE C.V.</p> |

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-60 Días Calendario a partir del Día siguiente a la distribución de la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Lázaro Alberto Iraheta Díaz, Jefe de Patología, y como sustituto el Dr. Brayan Josué Escamilla García, Médico Patólogo, ambos de este hospital, quienes actuarán de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

RECURSOS PROPIOS

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 93/2017

ESPECIFICACIONES:

Micrótomo manual; Marca LEICA; Procedencia: China/Otros; Modelo RM2125RTS.

Tipo rotativo, para uso en laboratorios de Histopatología, con manivela de desplazamiento suave a mano con dispositivo de bloqueo en cualquier posición; Base antioxidante; Cortefino seleccionable desde 0.5 hasta 60 mieras; movimiento vertical del espécimen con avance al cortar; porta-espécimen universal para cassetes y bloques de parafina; de uso con cuchillas tanto de perfil alto, como perfil bajo; bandeja para recolección de desechos removible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Equipo utilizado para realizar cortes en tejidos fijados en formol que han sido embebidos en parafina para análisis de microscopía en el laboratorio de histopatología, con las siguientes características: con regulación de ángulo de corte, soporte portaobjeto de inclinación regulable, porta cuchilla con inclinación regulable, sistema de retracción para protección de filo de cuchillo, desplazamiento manual, opción de corte vertical. Avance mecánico de precisión; ajuste de espesor de corte de 0.5 a 60mm en avances de 0.5, 1, 2 y 5 ^M, según el grosor seleccionado, con ventanilla indicadora de espesor de corte.

Sistema de cambio rápido de las pinzas porta-muestras, manejable con una sola mano, con bandeja para recoger residuos, para trabajo de especímenes en cassette estándar, avance macro manual, a través del volante de avance macro con manejo giratorio suave. Avance horizontal aproximado total de la muestra: 50-70mm. Rotación mínima aproximada: $\pm 90^\circ$. Orientación aproximada de la muestra: 8° angulación aproximada de la cuchilla: 0° a 20° . Con protector para la cuchilla. Accesorios incluidos: Adaptador para cuchillas descartables. Porta cuchilla universal de perfil bajo con base para hojas descartables y estándar, con protector de dedos. Pinza porta espécimen estándar orientable vertical y horizontalmente. Dispensador con 50 cuchillas descartables de bajo perfil. Cubierta protectora de equipo. Juego de herramientas para cambio de cuchillas si se requiere. El equipo está construido de acuerdo a normas de seguridad y estándares para laboratorio clínico de histopatología y cumple con normas de construcción y calidad reconocidas internacionalmente, tales como: UL, ASTM, NEMA, ISO. E IEC. El equipo cuenta con certificación CE. Compacto, autosoportado, diseño ergonómico, para operación confortable y suave. Carcasa metálica con tratamiento anticorrosivo, de fácil limpieza, resistente a reactivos usados en Patología y a los líquidos de desinfección Hospitalaria o Laboratorio, rígido y resistente a las vibraciones.

 - **W M Ü M C K**

SUMINISTRANTE

