



VERSIÓN PÚBLICA

Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F.

Licda. Luz Marina Alvarado Manzanares
Jefe U.C.P.



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE COMPRAS		PREVISION NO:
UCP del Hospital de San Vicente		PUBLICAS		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 29 de julio del 2024		No. Orden: 044/2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
JORMAR EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración- FONDOS PROPIOS	-	-
4	C/U	<p>60303760. RENGLÓN No 4.</p> <p>MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO (ELECTRÓNICO NO INVASIVO PARA USO CON O SIN TRABAJO DE PARTO, PANTALLA TFT LCD DE 12 A 14 PULGADAS PARA MOSTRAR LOS PARÁMETROS A COLOR, ACTIVIDAD UTERINA DE 0 A 100g NOMINAL, CON CAPACIDAD DE PRESENTAR FRECUENCIA FETAL EN EL SIGUIENTE RANGO DE 50 A 230 O MAS BPM. CON CAPACIDAD DE REGISTRAR MOVIMIENTOS FETALES, ALARMAS VIRTUALES Y AUDIBLES PARA FRECUENCIA CARDIACA FETAL, IMPRESOS TÉRMICOS, CON CAPACIDAD DE REGISTRAR DATOS, VOLTAJE DE 120v CON FRECUENCIA DE 60 Hz)</p> <p>ACCESORIOS: Traductor ultrasónico 3 en 1: FHR, TOCO, AFM, CON DOS JUEGOS DE CINTURONES PARA LA FIJACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES DE FORMA CORRECTA.</p> <p>1 MARCADOR DE MOVIMIENTOS FETALES. 1 FRASCO DE GEL. 2 ROLLOS RESMA DE PAPEL TÉRMICO. CON BATERÍAS RECARGABLE INCORPORADA AL EQUIPO. CARRITO DE TRANSPORTE PARA MONITOR FETAL.</p> <p>IMPORTANTE: SE SOLICITA CAPACITACIÓN TÉCNICA A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO A PERSONAL OPERATIVO.</p> <p>OFRECEN: Monitor Materno fetal Sencillo adecuado para controlar la frecuencia cardiaca fetal, la presión de contracciones uterina, el movimiento fetal, así como ECG, RESP (respiración), la oximetría de pulso (SpO2) la frecuencia del pulso (PR), presión no invasiva sangre (PANI) y la temperatura maternal (TEMP).</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantalla LCD táctil de 12, 1 pulgadas, puede girar el diseño. - Monitoreo fetal materno al mismo tiempo, un cuidado- materno infantil de doble uso en todas las formas posibles. - Diseño discreto de la sonda, operación independiente de la sonda, fácil de usar, ahorra costos de mantenimiento. - Usando una sonda a prueba de agua de múltiples chips, capture con mayor precisión la señal del corazón fetal. - Sonda de contracciones uterinas altamente sensible monitoreo en tiempo real de las contracciones maternas. 	\$2,368.00	\$9,472.00

		<p>- Con la función de medición de gemelos a través del interruptor de sonido cardiaco fetal puede distinguir con precisión entre diferentes sonidos cardiacos fetales, para evitar interferencias.</p> <p>- Con vista CTG, reproducción y función de impresión rápida.</p> <p>- Con impresión regular, función de impresión de segmentos.</p> <p>- Parámetros de medición: FHR, MFM AFM TOCO, NIBP, SPO2, PR, ECG, TEMP, RESP.</p> <p>- Su diseño de pantalla plegable facilita el transporte del equipo sin necesidad de carro móvil, el equipo cuenta con un haza para fácil transporte.</p> <p>ACCESORIOS INCLUIDOS:</p> <p>- 1 transductor</p> <p>- 1 tocotransductor</p> <p>- 2 accesorios de sujeción para transductor.</p> <p>- 2 resmas de papel térmico.</p> <p>- 1 cable de poder.</p> <p>- 1 batería recargable.</p> <p>- 1 frasco de gel.</p> <p>MARCA: BLT BIOLIGHT. MODELO: F90; VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: No lo aplica. PAÍS DE ORIGEN: China. REGISTRO SANITARIO: IM151615122022. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días hábiles. PLAZO DE ENTREGA: 10 Días hábiles. FORMA DE PAGO: 60 días hábiles. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: Pequeña Empresa.</p>		
2	C/U	<p>60303720 RENGLÓN No 5.</p> <p>MONITOR DE SIGNOS VITALES.</p> <p>CONEXIÓN DE USB PARA TRANSMISIÓN DE DATOS.</p> <p>ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES DE TODOS LOS PARÁMETROS CON FUNCIÓN DE REVISAR Y MODIFICAR LÍNEAS SUPERIORE E INFERIOR.</p> <p>BATERÍA DE RESPALDO DE AL MENOS 120 MINUTOS DE USO CONTINUO.</p> <p>ACCESORIOS:</p> <p>1 CABLE PARA MEDIR ECG, 100 ELECTRODOS ECG DESCARTABLES. 1 CABLE PARA NIBP REUSABLE, 1 BRAZALETE PARA NIBP ADULTO REUSABLE, 1 CABLE PARA MEDIR SPO2 REUSABLE. 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO REUSABLE.</p> <p>1 SENSOR DE TEMPERATURA TRANSCUTÁNEO REUSABLE.</p> <p>1 BATERÍA DE RESPALDO INCORPORADA AL EQUIPO.</p> <p>OFRECEN: Monitor de Signos Vitales integrado para registrar y presentar en pantalla los siguientes parámetros: curva electrónica gráfica, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, oximetría de pulso y presión no invasiva para paciente adulto.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>- Monitor para registrar en pantalla las curva, electrocardiográfica, frecuencia cardiaca, respiración, temperatura, oximetría de pulso y presión no invasiva.</p> <p>- Para uso paciente adulto, pediátrico y neonatal.</p> <p>- Pantalla policromática: tecnología TFT.</p> <p>- Presentación en pantalla alfanumérica de todos los parámetros monitorizados.</p> <p>- Tamaño de pantalla de 12 pulgadas, resolución 800 x 600 pixeles.</p> <p>- Todas las funciones pueden ser seleccionadas mediante pantalla táctil.</p>	\$2,890.00	\$5,780.00

		<ul style="list-style-type: none"> - Menús y mensajes en pantalla en español. - Con diseño que permitan al equipo ser usado como monitor de cabecera. - Electrocardiograma en tres derivaciones, como mínimo, seleccionables por el usuario, I, II, III. - Con presentación de un canal de ECG mínimo en pantalla. - Frecuencia cardiaca con rango de 10 a 300 LPM y despliegue de su curva precisión de $\pm 1\%$. - Protección contra desfibrilación. - Oximetría de pulso (SPO2) con tecnología masimo Set-RD, muestra grafica de onda pletismografica y valor numérico en pantalla. Con rango de 0 a 100%, precisión de $\pm 2\%$ para un rango de 60 al 100%. - Medición de ritmo cardiaco de 20 a 250 LPM. - Frecuencia respiratoria con rango de 0 a 150 respiraciones por minutos, alarma de Apnea. - Presión no- invasiva en modo manual y automático a diferentes intervalos de tiempo, método oscilométrico con rango de 0-300 mmHg o más amplio y precisión de medida $\pm 3\text{mmHg}$. - Despliegue numérico de presión sistólica, diastólica y media. - Temperatura en al menos un canal, con rango de 0 a 50°C y precisión de $\pm 0.1^\circ\text{C}$. - Registrador o impresor por arreglo térmico. - Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. - Alarma audibles y visuales de todos los parámetros monitorizados con función que permita revisar y modificar los limites superior e inferior de los siguientes parámetros: saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica) temperatura, frecuencia respiratoria y alarma de apnea. - Tres niveles de prioridad en las alteraciones fisiológicas. - Con silenciador de alarmas. <p>ACCESORIOS INCLUIDOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cable para medir ECG. - 100 electrodos ECG descartables. - 1 manguera para NIBP. - 1 brazalete para NIBP para adulto. - 1cable intermedio para medición de SpO2 (tecnología Masimo Set). - 1 sensor SpO2 para adulto (tecnología Masimo Set). - 1 batería de respaldo. - 1 carro móvil para transporte. <p>MARCA: BLT BIOLIGHT. MODELO: Q5; VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: No lo aplica. PAÍS DE ORIGEN: China. REGISTRO SANITARIO: IM151615122022. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días hábiles. PLAZO DE ENTREGA: 10 Días hábiles. FORMA DE PAGO: 60 días hábiles. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: Pequeña Empresa. GARANTÍA. Se realizará visitas de mantenimiento preventivo cada 6 meses durante el periodo de garantía; Disponibilidad de repuestos por un periodo no menor a cinco años (5). Forma parte integrante de esta Orden de Compra La Oferta del Contratista presentada en el Hospital, 17/07/2024.</p>		
-	-	TOTAL.....	-	\$15,252.00

SON: quince mil doscientos cincuenta y dos/100 dólares

Observación: según solicitud de compra recibida en fecha 28/06/2024; servicio solicitado por División Medica, el hospital delega a el **Sr. Hugo Ediberto Umaña Martínez, Obrero de Mantenimiento I**; como administrador de la compra y será el responsable de la ejecución de la presente orden de compra, números de contacto: **Departamento de Mantenimiento, teléfono (503): 2393-9541 / 7595-7142, hugo.umana@salud.gob.sv**; así mismo será el enlace entre el contratista y el contratante. orden de compra realizada según el **proceso de Comparación de Precios Ref. No. CP 010/2024 HNSG- ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO**; además la entrega comprende, entregar acta y factura a la unidad financiera, teléfono (503): 2393-9524 y 2393-9597, para completar el proceso, caso contrario se tendrá por no entregado el servicio o producto que se traducirá en incumplimiento de entrega. **además, deberán pasar a retirar y firmar orden de compra en original, en la UCP. del hospital, de lo contrario quedara a criterio del almacén si acepta recibir el producto o no.** **nota:** al momento de tramitar el quedan respectivo deberán presentar la factura en original, declaración jurada para financiero y el certificado de registro de las MYPE. **FIANZA Y GARANTÍA:** el contratista rendirá por su cuenta a favor del hospital a través de un banco, compañía aseguradora o afianzadora con domicilio legal en el salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, otorga la Garantía siguiente: **FIANZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL** por un valor de **\$ 1,525.20**. Equivalente al **DIEZ POR CIENTO** del monto total del servicio contratado, la cual deberá entregar dentro de diez días hábiles siguientes a la fecha de distribución de la orden de compra y permanecerá vigente durante un plazo de **seis meses** contados a partir de la fecha distribución de la presente orden de compra.

Lugar de entrega: en el Almacén General del Hospital, ubicado entre la 4ta. y 8va. calle oriente y 2da. avenida sur No. 23, del barrio San Francisco del Municipio de San Vicente Sur, del distrito de San Vicente departamento de San Vicente; en horario desde las 08:00 horas hasta las 12:00 horas y desde las 13:00 horas hasta las 14:30 horas, el **día 16 de agosto** debe completar la entrega del suministro. comunicarse con teléfono (503): 2393-9566 para cualquier duda acerca de la entrega en dicho almacén; **plazo de entrega: 10 días hábiles**, cabe mencionar que nuestra institución es agente de retención del 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: el Hospital entre la 4ta. y 8va. calle oriente y 2da. avenida sur no. 23, de la ciudad y departamento de San Vicente, teléfono (503): 2393-9510; santa.ponce@salud.gob.sv; y Lic. Jorge Mario Aquino Hernández; Calle Mirador 93 Av. Norte, Colonia Escalón Edificio Victoria, #4814, San Salvador, San Salvador.; 2124-9479; persona de contacto: Andrea Lisseth Rivera; correo electrónico: licita.sv@jormarsa.com, Teléfonos: 2562-7879 o 7737-9567.



Titular o Designado