




VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 12 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F. 

Licda. Luz Marina Alvarado Manzanares
Jefe U.C.P.

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS		PREVISION NO:
UCP del Hospital de San Vicente				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 15 de noviembre del 2024		No. Orden:083/2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- FONDOS GENERAL	-	-
2	C/U	Reglón No.2- CODIGO: 60302874 Tensiómetro Aneroide Pediátrico Portátil, Válvula de Purga de Aire de Precisión con Regulación Fina y sin Desgaste, Micro Filtro para Proteger la Válvula de Purga de Aire y el Sistema de Medición, Membrana Endurecida Especial de Cobre y Berilio, el Mecanismo de Precisión Prácticamente no Envejece. OFRECEN: CODIGO: 60302874 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO CON BRAZALETES. MARCA: RIESTER, MODELO: PRECISA N SHOCK PROOF ORIGEN: ALEMANIA, • Resistente a los golpes según la norma DIN EN 81060: 2012-08 • Resistente a golpes y caídas desde una altura de 1 m • Válvula de purga de aire de precisión con regulación fina y sin desgaste • Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición. • Membrana endurecida especial de cobre-berilio, el mecanismo de precisión prácticamente no envejece. • Sin látex • Base de válvula cromada • Mango de cuchara de forma ergonómica en acero inoxidable. • Escala lineal de aluminio Ø 63 mm de 0 – 300 mm Hg, fácilmente legible. • Tolerancia máxima de error ± 2 mmHg. • Brazaletes de nylon con cierre de banda velcro para niños • En bolsa de vinilo con cremallera. * Se proporcionará Capacitación Técnica a personal de Mantenimiento y Capacitación de uso a personal Operativo. <u>Periodo de validez de la oferta es de 30 días, Forma de pago será de 60 días hábiles, En caso de resultar adjudicados el Tiempo de entrega del producto será de 15 días hábiles. En caso de ser adjudicados se presentará Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de los Bienes una vez entregado el producto a satisfacción. Y será Equivalente al diez por ciento (10%) del monto del bien adjudicado o contratado, la cual deberá entregar dentro de DIEZ (10) DIAZ HABLES siguiente a la recepción definitiva de los bienes contratado Ítem: 2 y 3 y estará vigente por un periodo de 6 meses a partir de la recepción definitiva del bien. Se adjunta carta compromiso de aceptación de Garantía por Defectos de fabrica con un mínimo de 12 meses.</u>	\$ 75.00	\$ 150.00
1	C/U	Reglón No.3 60302880 Tensiómetro Aneroide Tipo Pedestal Tolerancia Escala de Fácil Lectura y Gran Tamaño, Válvula de	\$ 240.69	\$ 240.69

	<p>Liberación de Aire con Ajuste Fino, Tolerancia Máxima de Error +0-2mmHG. OFRECEN: CODIGO: 60302880 TENSIOMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL PARA ADULTO MARCA: RIESTER MODELO: BIG BEN ORIGEN: ALEMANIA • Escala de fácil lectura y gran tamaño • Escala de medición de presión arterial hasta 300 mm Hg. • Cesta espaciosa en el reverso para tubos y brazaletes • Sin látex, • Válvula de liberación de aire con ajuste fino. • Microfiltro para proteger la válvula de escape y el sistema de medición para evitar la contaminación de los mecanismos internos. • Membrana de cobre-berilio especialmente endurecida, que es resistente al envejecimiento, puede soportar presiones de hasta un máximo de 600 mm Hg. • Mecanismo de precisión montado en un soporte especial, para garantizar la estabilidad completa del sistema de medición y el punto cero para la calibración y lecturas consistentes y precisas. • Tolerancia máxima de error: ± 2 mm Hg • Aprobado por la validación de BIHS • Incluye un brazalete para adulto. Periodo de validez de la oferta es de 30 días, Forma de pago será de 60 días hábiles, En caso de resultar adjudicados el Tiempo de entrega del producto será de 15 días hábiles. En caso de ser adjudicados se presentará Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de los Bienes una vez entregado el producto a satisfacción. Y será Equivalente al diez por ciento (10%) del monto del bien adjudicado o contratado, la cual deberá entregar dentro de DIEZ (10) DIAZ HABLES siguiente a la recepción definitiva de los bienes contratado Ítem: 2 y 3 y estará vigente por un periodo de 6 meses a partir de la recepción definitiva del bien. Se adjunta carta compromiso de aceptación de Garantía por Defectos de fabrica con un mínimo de 12 meses.</p>		
-	TOTAL.....		\$ 390.69

SON: Trecientos Noventa 69/100 Dólares.

OBSERVACION: Según Solicitud de Compra por Contratación bajo la modalidad de Comparación de Precios REF. No. CP 016/2024 HNSG, Recibida en Fecha 15/10/2024; Solicitado por la Unidad Consolidadora de Equipos Médicos (División Médica), el Hospital Delega al Sr. **Hugo Ediberto Umaña Martínez**, Obrero de Mantenimiento I; como Administrador de la Compra y será el Responsable de la Ejecución de la Presente Orden de Compra, **E-mail: hugo.umana@salud.gob.sv TELEFONO:(503) 2393-9541;75957142** Así Mismo será el Enlace Entre el Contratista y el Contratante. Orden de Compra Realizada Según Proceso de Compra por Comparación de Precios Ref. No. CP 016/2024HNSG; Denominado **SUMINISTRO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIÁTRICO Y TENSIOMETROS ANEROIDE**; Se Recibirán Suministros y se dará Tramite a Facturas y Documentos, en horas y días hábiles; Además la Entrega Comprende, Entregar Actas y Factura a la **UNIDAD FINANCIERA TELEFONO:(2393-9524, 2393-9597,2393-9525)**,Para Completar el Proceso, Caso Contrario se Tendrá por no Entregado el Servicio o Producto que se Traducirá en Incumplimiento de Entrega, además deberán Pasar a Retirar y Firmar la Orden de Compra en Original, a la Unidad de Compra Públicas U.C.P. del Hospital, de lo Contrario **QUEDARA A CRITERIO DEL ALMACEN SI ACEPTA RECIBIR EL PRODUCTO O NO. NOTA:** Al Momento de Tramitar el Quedan Respectivo Deberán Presentar la Factura en Original, Declaración Jurada y el Certificado de Registro de las MYPE Cuando Aplique. No olvidar Presentar el Sello de la Empresa. -

LUGAR DE ENTREGA: En el Almacén General del Hospital, Ubicados entre la 4ta. y 8va. Calle Oriente y 2da. avenida Sur No. 23, Barrio San Francisco, Distrito de San Vicente, Municipio de San Vicente Sur, Departamento de San Vicente; en horario desde las 8:00 horas hasta las 12:00 horas y desde las 13:00 horas hasta las 14:30 horas, con Teléfono, (503) 2393-9566 para cualquier duda acerca de la entrega en dicho Almacén; cabe Mencionar que Nuestra Institución es Agente de Retención del 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: El Hospital Entre la 4ta. y 8va. Calle Oriente y 2da. Avenida Sur No. 23, Barrio San Francisco, Distrito de San Vicente, Municipio de San Vicente Sur, Departamento de San Vicente, TEL: (503) 2393-9510, 2393-9598, 2393-9500 esmeralda.salinas@salud.gob.sv; Unidad de Compras Públicas, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: TELEFONO: (503) 2393-9541,75957142 Sr. Hugo Ediberto Umaña Martínez; hugo.umana@salud.gob.sv; **SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S. A. DE C. V.** Torre Activa Blvd de los Héroes, 3er Nivel, Locales 1-6, San Salvador; TEL: (503) 2530-1044 / 2530-1051 o 7588-8966 / 7160-5573; E-MAIL: licitacion02.es@stmedic.com/ licitacion15.es@stmedic.com / licitacion01.es@stmedic.com / licitacion.es@stmedic.com Persona de Contacto: Licda. Mayeli Casco Roque.


Titular o Designado




Suministrante

STMedic S.A. DE C.V.
TEL.: 2530-1000

15/11/2024

