



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
Director Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 06 DE JULIO DE 2022. No de Orden: 355/2022
Solicitante: UNIDAD DE TERAPIA RESPIRATORIA. Solicitud No: 001/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SALVAMEDICA, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA. Correo electrónico: licitaciones@salvamedica.com
Dirección: CALLE EL MIRADOR Y CALLE FRANCISCO GAVIDIA, BLOQUE 142, CASA 449-B, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR. TELÉFONOS: 2246-7200, 2246-7202 FAX: 2519-3253

COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VENTILADOR MECÁNICO PURITAN BENNETT 980 UBICADO EN EL ÁREA DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R.	CANTIDAD	U/M.	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	120	C/U	10100050	46182005	FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR MECANICO SEGUN MARCA Y MODELO 120 UNIDADES: FILTRO MECÁNICO DESCARTABLE PARA LÍNEA EXHALATORIA CON SISTEMA DE DRENAJE DE CONDENSADO INTEGRAL INCLUYE UNA SOLA PIEZA VIAL DE FILTRO Y COLECTOR, EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA Y VIRAL MAYOR DE 99,999% RESISTENCIA DE FLUJO DE MENOS DE 0.7 CM DE H2O A 30L/MIN Y 0,35 CM DE H2O A 15L/MIN PARA VENTILADOR MECÁNICO PURITAN BENNETT 980. 120 UNIDADES: FILTRO MECÁNICO DESCARTABLE PARA LÍNEA INSPIRATORIA EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA VIRAL SUPERIOR AL 99,999% RESISTENCIA AL FLUJO DE AIRE MENOR DE 2 CM DE H2O A 60 LPM PARA VENTILADOR MECÁNICO PURITAN BENNETT 980. MARCA: COVIDIEN/MEDTRONIC ORIGEN: USA/IRLANDA/MEXICO/CHINA/ITALIA VENCIMIENTO: N/A GARANTIA: POR DEFECTOS DE FABRICA REFERENCIAS: 10043551/4-074601-00	\$ 21.25	\$ 5,100.00

TOTAL US: \$ 5,100.00

(TOTAL EN LETRAS): CINCO MIL CINCO CIENTOS Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:
TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:
 Colocar en la Factura No. de Orden de compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos.
 Presentar en la Unidad Financiera (UF) para trámite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guadalupe, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra.
 En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL.
 FECHA DE ENTREGA: 30 A 45 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA OC. FORMA DE PAGO: 60 DÍAS CRÉDITO.

[Handwritten Signature]
 Dr. Carlos Efraim Montenegro Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

[Circular Stamp: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL DIRECCIÓN San Miguel]

Administrador de la Orden: Dr. César Osmar Argueta Rivera, Médico Jefe Unidad de Terapia Respiratoria, TEL. 7170-0076.
 Elaboró: Tec. Beatriz del Carmen Reyes Bonilla.
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 07 JUL 2022