

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Jiquilisco

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Jiquilisco

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:3229

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Jiquilisco, Usulután 16 de Noviembre del 2011

No.Orden:253/2011

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

IMPORTACIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO/FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 60302200 ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES 12 DERIVACIONES. MARCA: EDAN. MODELO: SE-3B ORIGEN: CHINA	\$1,997.20	\$1,997.20
-	-	TOTAL.....	-	\$1,997.20

SON: mil novecientos noventa y siete 20/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE JIQUILISCO

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>



HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE JIQUILISCO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONDICIONES: Entregar un Electrocardiógrafo con las características y accesorios siguientes:

Características Biomédicas: Formato de impresión de 1 y 3 canales (refleja e imprime 3 canales).

- Modo de operación manual.
- Modo de operación automática.
- Impresión de electrocardiograma en frecuencia estándar.
- Selección de velocidad; 5, 10, 25, 50 milímetros por segundo (mm/seg)
- Selección de amplitud (ganancia, sensibilidad) 2.5, 5, 10, 20 milímetros por milivoltios (mm/mv).
- Filtros interferenciales; red y musculares.
- Protección contra descarga de desfibrilador.
- Verificación de contacto de electrodos.
- Adquisición simultanea de 12 derivaciones.

Características Complementarias: Tipo de impresión por arreglo térmico.

- Pantalla de cristal líquido (LCD) para visualizar mensajes y configuración.
- Mesa carro para el transporte del equipo.
- Voltaje nominal entre 110 y 120 voltios de corriente alterna (VAC) a 60 Hertz.
- Cable de alimentación grado hospitalario.
- Batería recargable incorporada para respaldo de 90 minutos aproximadamente.

Accesorios: Cable ECG para 12 derivaciones (10 hilos).

- Juego completo de electrodos para extremidades (reutilizables).
- Frasco de gel electroconductor.
- Cinco rollos de papel termosensible para electrocardiograma.

El suministrante se obliga a cumplir con las condiciones especiales siguientes:

- a) Con la entrega del equipo, debe entregar manual de uso con descripción de partes.
- b) Garantía de fábrica contra desperfectos durante 2 años después de la puesta en funcionamiento del equipo.
- c) Presentar calendarización de las rutinas de mantenimiento preventivo que efectuará (4 rutinas durante el período de 2 años).
- d) Proporcionar dos jornadas de capacitación al personal operativo y técnicos de mantenimiento, previa calendarización y acuerdo con la Jefe de Enfermería.

