

COMPANIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS

Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y científico y aparatos de medida y control
CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES
 Urbanización La Sultrana, 2a. Etapa
 1a. C. Oriente, Polígono Q No. 7
 Antiguo Cuscatlán, La Libertad
 Tels.: 2243-6571 - 2243-6152

FAX 2557-3280
 E-Mail: cse-general@telesal.net

Señor: **MINISTERIO DE EDUCACION** ✓

Dirección **PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO, INTERSECCION CALLE GUADALUPE Y ALAMEDA JUAN PABLO SEGUNDO, SAN SALVADOR**

Vendedor:

VENTA A CUENTA DE:

FACTURA

SERIE 14SD000F

Registro 23544-0

Nº 000299

NIT 0614-071159-007-4

Autorización Imprenta Nº 235 - DGII

Fecha: 4 Septiembre 1992

Fecha 10/11/2015

No. Orden

PAGO: **CREDITO**

DUI/NIT 0614-010121-003-8

Código del Producto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No. ME - 3892015 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. ME - 392015 CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2342015 - ME - G 	1	<p>DETECTOR DE ARREGLO DE DIODOS PARA EL EQUIPO HPLC MARCA: SHIMADZU MODELO: SPD-M20A DETECTOR DE ARREGLO DE DIODOS DE ALTA RESOLUCIÓN Y SENSIBILIDAD PARA ADAPTARLO A UN HPLC SHIMADZU LC-2010A HT. DETECTOR CON DOS LÁMPARAS: UNA UV Y OTRA VISIBLE. BAJÍSIMO NIVEL DE RUIDO 0.3 x 10-3AU O MENOS DE ACUERDO A MÉTODO ASTM. DERIVA DE 0.5 x 10-3 AU/HORA O MENOS DE ACUERDO A MÉTODO ASTM. RANGO DE TRABAJO DE 190 A 800 NM DE 512 ELEMENTOS. RESOLUCIÓN POR ELEMENTO DE 1.2 NM. ANCHO DE BANDA SELECCIONABLE DE 8NM O 1.2 NM. DINÁMICO DE 2.5 AU QUE LE PERMITE ANÁLISIS SIMULTÁNEO DE TRAZAS Y COMPONENTES PRINCIPALES. CELDA DE FLUJO TERMOSTATIZADA DE 10 UL. CON TEMPERATURA VARIABLE. PROTECCIONES DE SOBRE-TEMPERATURA, FUGAS Y DE POSICIÓN DE CUBIERTA DE LÁMPARAS. LÁMPARAS SON PRE-ALINEADAS LO QUE PERMITE AL USUARIO SU CAMBIO RÁPIDO. CUENTA CON LÁMPARA ADICIONAL DE MERCURIO PARA CALIBRACIÓN INTERFASE ETHERNET PARA CONEXIÓN A INTERNET. CONVERTOR ANALÓGICO DIGITAL INCORPORADO DE CUATRO CANALES. CUENTA CON AUTODIAGNÓSTICOS, VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE LONGITUD DE ONDA. MANTIENE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO. NÚMERO DE SERIE: L2015351521. ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA LC SOLUTION A LABSOLUTION LITE LC_PDA PARA DETECTOR PDA ADICIONAL. NÚMERO DE SERIE: L5315550373 INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN EN MANEJO Y USO DEL EQUIPO. GARANTÍA DE UN AÑO CON DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA. DURANTE LA GARANTÍA EN CASO DE FALLAS SE PROPORCIONARÁ ASISTENCIA TÉCNICA DE EMERGENCIA, SIN LÍMITES DE VISITAS, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMA DE UN DÍA.</p>	\$ 21,100.00			\$ 21,100.00

SON:

VEINTE MIL NOVECIENTOS TRECE DOLARES 27/100 US\$ ✓

Nombre:

DUI:

Extranjeros: pasaporte/Carnet de Residente: 10-11-2015



Recibido
 Nombre: *[Signature]*
 Fecha: 10-11-2015

EMISOR: Original Blanco

CLIENTE: Duplicado Rosado

Triplicado Verde

Imprenta "M" JAIME"

Milagro E. Jaime Registro No. 9970-8

NIT: 0814-310521-002-9

C. Concepción 1110, San Salvador

Res.: 15041-RES-CR-08738 - 2014

Fecha.: Resol.: 3 Febrero 2014

F. Impresión.: 7 Febrero 2014

Tiraje: de 001 al 300

\$ 21,100.00

186.73

\$ 20,913.27

\$ 20,913.27