

Nosotros, Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. (GSI), por medio de la GSI, en calidad de representantes del Estado, por una parte, SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V., Puesto de Bolsa Vendedor, por otra parte, y la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable que puede abreviarse BOLPROS, S.A. de C.V., teniendo en cuenta el contrato No. 29237 ITEMS: 61, 64, 21, LOTES: LOTE 2, , derivado de la oferta de compra No.66/2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FOSALUD. AÑO 2022, cerrado el día 20/05/2022.

ACUERDAN

MODIFICAR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ÍTEM 30 DEL CONTRATO SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEGÚN CONTRATO:

N° de Ítem	Unidad de Medida	NOMBRE Y DESCRIPCION
30	C/U	<p>DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Externo y automático. b) Para ser utilizado en lugares públicos c) De fácil operación por personal con poco entrenamiento. d) Para uso en pacientes adultos y pacientes pediátricos. e) Configuración de entrega de energía: adultos de 1 a 200 joules, niños de 1 a 100 joules aproximadamente. f) Las instrucciones de voz deben ser en español. g) Con batería incluida. <p><u>Características Eléctricas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Equipo con batería recargable o batería no recargable de alta duración que pueda ser encontrada de forma local b) Protección eléctrica de acuerdo a IEC 60601-1, o equivalente. <p><u>Accesorios Incluidos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Con un juego de batería extra de repuesto. b) 2 set de electrodos para adulto. c) 2 set de electrodos pediátricos. d) Estuche para guardar el equipo.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEGÚN ADENDA:

N° de Ítem	Unidad de Medida	NOMBRE Y DESCRIPCION
30	C/U	<p>DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO</p> <p>a) Externo y automático.</p> <p>b) Para ser utilizado en lugares públicos</p> <p>c) De fácil operación por personal con poco entrenamiento.</p> <p>d) Para uso en pacientes adultos y pacientes pediátricos.</p> <p>e) Configuración de entrega de energía: adultos de 1 a 200 joules, niños de 1 a 100 joules aproximadamente.</p> <p>f) Las instrucciones de voz deben ser en español.</p> <p>g) Con batería incluida.</p> <p><u>Características Eléctricas:</u></p> <p>a) Equipo con batería recargable o batería no recargable de alta duración que pueda ser encontrada de forma local</p> <p>b) Protección eléctrica de acuerdo a IEC 60601-1, o equivalente.</p> <p><u>Accesorios Incluidos:</u></p> <p>a) Con un juego de batería extra de repuesto.</p> <p>b) 4 set de electrodos para adulto.</p> <p>d) Estuche para guardar el equipo.</p>

Todos los demás términos del contrato original quedan sin modificación alguna.

Y para certificar la conformidad con el acuerdo, firmamos el presente documento, en la ciudad de San Salvador a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.

Agente de Bolsa Credencial No. 72
 BOLPROS, S.A. de C.V. (GSI)
 Representante del Estado

Agente de Bolsa Credencial No. 62
 Servicios Bursátiles Salvadoreños, S.A. DE C.V.
 Puesto Vendedor

Gerente de Contratos y Adendas
 BOLPROS, S.A. de C.V.

