




MINISTERIO
DE SALUD

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital de Gotera	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Morazán 25 de Noviembre del 2021	No.Orden:133/2021
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--EQUIPO MEDICO, SOLICITADO POR: GINECOLOGIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 105/2021 (FONDOS GOES)	-	-
2	Cada Uno	60303760MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO, DIMENSIONES: 347 MM. X 330 MM. 126MM, PESO: 6KG. PANTALLA LCD, TFT DE 12 PULGADAS A COLOR, RESOLUCION: 800X600V. IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD (TRAZOS ALMACENADOS): HASTA 25MM/SEG. DURACION DE BATERIA: DE LITIO RECARGABLES 14.8V. CON TRANSDUCTOR FHR, FHR2, Y TOCO, CABLE CONVERTIDOR IUP, CABLE IUP REUTILIZABLE, CABLE ECG FIJO CON TRES CABLES CONDUCTORES, SENSOR SPO2 REUTILIZABLE, SENSOR NELLCOR ADULTO. CINTURONES ELASTICOS PARA SUJETAR TRANSDUCTORES, SOPORTE PARA TRANSDUCTORES, 1 MARCADOR REMOTO DE EVENTOS, BRAZAL PARA PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, MANGUERA PARA BRAZAL PARA PRSION ARTERIAL NO INVASIVA, SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO. OFRECE: MONITOR FETAL GEMELAR, MARCA: EDAN, MODELO: F9, PAÍS DE ORIGEN: CHINA, GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	\$3,389.00	\$6,778.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,778.00

SON: **seis mil setecientos setenta y ocho 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL DE HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, DE SAN FRANCISCO GOTERA, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, DPTO. MORAZAN; PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL TELEFONO 2645-7154 O AL CORREO angela.mata@salud.gob.sv, TIEMPO DE ENTREGA: 1 a 5 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR COMPROMISO PRESUPUESTARIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA, CREDITO POR 60 DIAS.

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Gotera

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Morazán 25 de Noviembre del 2021

No.Orden:133/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--EQUIPO MEDICO, SOLICITADO POR: GINECOLOGIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 105/2021 (FONDOS GOES)	-	-
2	Cada Uno	60303760MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO, DIMENSIONES: 347 MM. X 330 MM. 126MM, PESO: 6KG. PANTALLA LCD, TFT DE 12 PULGADAS A COLOR, RESOLUCION: 800X600V. IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD (TRAZOS ALMACENADOS): HASTA 25MM/SEG. DURACION DE BATERIA: DE LITIO RECARGABLES 14.8V. CON TRANSDUCTOR FHR, FHR2, Y TOCO, CABLE CONVERTIDOR IUP, CABLE IUP REUTILIZABLE, CABLE ECG FIJO CON TRES CABLES CONDUCTORES, SENSOR SPO2 REUTILIZABLE, SENSOR NELLCOR ADULTO. CINTURONES ELASTICOS PARA SUJETAR TRANSDUCTORES, SOPORTE PARA TRANSDUCTORES, 1 MARCADOR REMOTO DE EVENTOS, BRAZAL PARA PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, MANGUERA PARA BRAZAL PARA PRSION ARTERIAL NO INVASIVA, SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO. OFRECE: MONITOR FETAL GEMELAR, MARCA: EDAN, MODELO: F9, PAÍS DE ORIGEN: CHINA, GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	\$3,389.00	\$6,778.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,778.00

SON: seis mil setecientos setenta y ocho 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL DE HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, DE SAN FRANCISCO GOTERA, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, DPTO. MORAZAN; PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL TELEFONO 2645-7154 O AL CORREO angela.mata@salud.gob.sv, TIEMPO DE ENTREGA: 1 a 5 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR COMPROMISO PRESUPUESTARIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA, CREDITO POR 60 DIAS.



 Declaro o Designado




 Suministrante



MINISTERIO
DE SALUD

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA 133/2021.

SE SOLICITA: 60303760 MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO, DIMENSIONES: 347 MM. X 330 MM. 126MM, PESO: 6KG. PANTALLA LCD, TFT DE 12 PULGADAS A COLOR, RESOLUCION: 800X600V. IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD (TRAZOS ALMACENADOS): HASTA 25MM/SEG. DURACION DE BATERIA: DE LITIO RECARGABLES 14.8V. CON TRANSDUCTOR FHR, FHR2, Y TOCO, CABLE CONVERTIDOR IUP, CABLE IUP REUTILIZABLE, CABLE ECG FIJO CON TRES CABLES CONDUCTORES, SENSOR SPO2 REUTILIZABLE, SENSOR NELLCOR ADULTO. CINTURONES ELASTICOS PARA SUJETAR TRANSDUCTORES, SOPORTE PARA TRANSDUCTORES, 1 MARCADOR REMOTO DE EVENTOS, BRAZAL PARA PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, MANGUERA PARA BRAZAL PARA PRSION ARTERIAL NO INVASIVA, SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO.

OFRECE: MONITOR FETAL GEMELAR, MARCA: EDAN, MODELO: F9, PAÍS DE ORIGEN: CHINA.

DESCRIPCIÓN: LA SERIE F9 DE MONITORES FETALES Y MATERNALES PROPORCIONA SOLUCIONES PARA TODAS LAS ÁREAS DE MONITORIZACIÓN FETAL, DESDE ANTES DEL PARTO, DURANTE EL PARTO Y PARA LAS APLICACIONES CLÍNICAS DESPUÉS DEL PARTO. EL MONITOR FETAL F9, ES COMPATIBLE CON PAPEL PARA IMPRESORA TÉRMICA DE 152 Y 150 MM EN CUALQUIERA DE LOS ESTÁNDARES AMERICANOS O INTERNACIONALES. CON MEMORIA PARA 60 HORAS DE MONITORIZACIÓN, LA SONDA DE ULTRASONIDOS CON 12 CRISTALES EMPLEA UNA AVANZADA TECNOLOGÍA, ÚNICA DE EDAN, PROPORCIONANDO UN HAZ MÁS AMPLIO Y UNA SEÑAL MÁS HOMOGÉNEA, LOGRANDO UN MEJOR RENDIMIENTO DE LOS MONITORES QUE CON TRANSDUCTORES CONVENCIONALES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- PANTALLA COLOR TFT-LCD DE 12" APROXIMADAMENTE, TÁCTIL.
- RESOLUCIÓN: 800X600.

REGISTRADOR TÉRMICO:

- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 1, 2, 3 CM/MINUTO SELECCIONABLE
- PAPEL DE IMPRESIÓN TIPO Z DE 150/152 MM DE ANCHO

ULTRASONIDO:

- TÉCNICA DE ULTRASONIDO: ULTRASONIDO DOPPLER PULSADO CON

AUTOCORRELACIÓN:

- TASA DE REPETICIÓN DE PULSO: 2KHZ.
- FRECUENCIA DE ULTRASONIDO: 1.0MHZ+/-10%
- RANGO DE RFC: 50BPM-240BPM; RESOLUCIÓN: 1BPM.

TOCO:

- RANGO TOCO: 0%-100%
- RESOLUCIÓN: 1%
- MODO ZERO: MANUAL/AUTOMÁTICO

MOVIMIENTO FETAL AUTOMÁTICO (MFA):

- TÉCNICA: ULTRASONIDO DOPPLER PULSADO.
- RANGO: 0-100 (%)

➤ RESOLUCIÓN: 1%

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- VOLTAJE: 100V-240V
- FRECUENCIA DE LÍNEA: 50/60 HZ
- BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO CON AUTONOMÍA DE APROX. 2 HORAS

INCLUYE: UNA RESMA DE PAPEL, BATERÍA RECARGABLE, 1 TRANSDUCTOR TOCO, 2 TRANSDUCTOR US1, 3 CORREAS DE SUJECIÓN DE TRANSDUCTORES, MARCADOR DE EVENTOS



TITULAR O DESIGNADO



JEFE UACI



**SERVICIOS TECNICOS
MEDICOS, S. A. DE C. V.**