



# ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y fecha: Santa Tecla, 04 de Noviembre de 2016

N° de orden:  
840-3-2016

**S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.**

NIT y/o NRC:  
0614-090598-101-1

Dirección: Boulevard Los Héroes, Edificio Torre Activa 3er. Nivel, locales 1-6, San Salvador

REQUISICION DE BIENES O  
SERVICIOS No.  
01927 ✓

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	UNIDAD	APARATO ULTRASÓNICO PARA HIGIÉNE DENTAL, MARCA WOODPECKER, MODELO UDS-K LED, ORIGEN CHINA: Equipo de profilaxis para remover el cálculo dental mediante la aplicación de un vibrador ultrasónico en la superficie de las piezas dentales. Con control de intensidad de la vibración mediante perilla, control de paso de agua, interruptor de encendido-apagado con lámpara indicadora. Capaz de manejar insertos con puntas de tipo universal. Incluye cable y pieza de mano, interruptor de pedal y manguera de agua. para uso en consultorio odontológico. cada equipo incluye 5 puntas de repuesto. Entrada de unidad principal: 220-240v 50/60Hz 150mA. Oscilación de vibración de salida de punta principal: ≤ 100um. Fuerza de oscilación media de salida: <2 N. Frecuencia de vibración de salida de punta: 28kHz ± 3kHz. Potencia de salida: 3W a 20W. Fusible de la unidad principal: T1.6AL 250V. Fusible fuente de poder: T0.5 AL 250V. Presión de agua: 0.01 MPa a 0.5 MPa. Modo de funcionamiento: Operación continua. Tipo de protección contra descargas eléctricas: equipo de clase II. Grado de protección contra decargas eléctricas: pieza aplicada de tipo BF.	\$ 230.00	\$ 230.00 ✓

Parte aplicada del equipo: pieza de mano y punta de scaler. Grado de protección contra la penetración perjudicial de agua: equipo ordinario, el pedal es un equipo a prueba de goteo (IPX1). Sellada pieza de mano con luz para mejor visibilidad. La pieza de mano puede estereizarse en autoclave. Busca automáticamente la mejor frecuencia de trabajo. Pieza de mano ensamblada con una pieza de ABS de alto poder y eficiencia, que genera alta velocidad y poco calor. Reducción de tiempo empelado en limpieza dental aproximado por paciente a 10 minutos, utilizando potencia entre 3 y 4. Elimina el cálculo dental, bacteriano y nunca latima el esmalte.

**TOTAL US\$:**

**\$230.00**

**POR LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES 00/100 US (\$230.00)**

**OBSERVACIONES:**

IVA INCLUIDO. CREDITO 60 DIAS. 1 AÑO DE GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FABRICA. El proveedor al momento de facturar, deberá realizar la retencion del 1% en concepto de IVA.

**LUGAR DE ENTREGA:**

DEPTO. DE ALMACEN, ANSP SEDE SAN LUIS TALPA.

**FECHA DE ENTREGA:**

DE 5 A 8 DIAS HABILES

  
Jefe UACI





Firma del Titular o Designado

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre: Dr. Wilson Otoniel Ramos**

**Tel. 2316-8432 Fax: ----- Correo electrónico: wilson.ramos@ansp.edu.sv**